



Ministério de Minas e Energia
Serviço Geológico do Brasil - SGB
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM
Sede: Setor Bancário Norte – SBN – Quadra 02, Asa Norte – Bloco H – 1º andar, Edifício Central Brasília -
Brasília – DF, CEP: 70040-904 – PABX (61) 2108-8400 – Tel.: (61) 2108-8439 - Fax: (61) 2108-8448.

**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO E
RESPOSTAS – DO P.E. 003/2022 – SERAFI-BR**

**ITEM 03 (segundo esclarecimento):
CROMATÓGRAFO IÔNICO CONFIGURADO
PARA ANÁLISE DE ÂNIONS**



Ministério de Minas e Energia
Serviço Geológico do Brasil - SGB
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM
Sede: Setor Bancário Norte – SBN – Quadra 02, Asa Norte – Bloco H – 1º andar, Edifício Central Brasília -
Brasília – DF, CEP: 70040-904 – PABX (61) 2108-8400 – Tel.: (61) 2108-8439 - Fax: (61) 2108-8448.

Pergunta:

“ITEM 03: CROMATÓGRAFO IÔNICO CONFIGURADO PARA ANÁLISE DE ÂNIONS (fluoreto, Cloreto, Nitrito, Brometo, Nitrato, Sulfato e Fosfato, Clorito, Bromato, Glifosato e AMPA):

c) Forma de detecção - Sistema que permita a configuração com detectores de condutividade possibilitando ao usuário a análise em paralelo, de separações em gradiente e isocrática;”

Questionamento: Não está claro se serão aceitos equipamentos com canal analítico único, com possibilidade de instalação de 1 detector de condutividade. Favor esclarecer.

Resposta:

Sim, será possível a oferta de equipamento com canal analítico único, com possibilidade de instalação de um detector de condutividade. Em razão da aceitação, haverá mudança no texto da especificação técnica do item 03, alínea 'c', do Termo de Referência. Novo Edital será publicado na segunda-feira próxima, dia 20/06/2022, que fixará, também, nova data para a sessão pública de lances.